

砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童

保健设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZC532600202400067001

采购单位审核意见	审核意见： 同意发布。 2024.3.4  法定代表人或授权委托人签字或签章： 李海 (单位公章)
采购代理机构审核意见	审核意见： 同意发布。 2024.3.4  法定代表人或授权委托人签字或签章： 李德印 (单位公章)

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 采购单位审核意见
审核意见:

法定代表人或授权委托人签字或签章:

(单位公章)

采购代理机构审核意见
审核意见:

法定代表人或授权委托人签字或签章:

(单位公章)

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 缩进: 左侧: 0 毫米

采购人：砚山县妇幼保健计划生育服务中心

采购代理机构：云南杰润项目管理咨询有限公司

日期：2024年3月5日

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 2

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

注 意 事 项

1、供应商对网上递交的响应文件应加密。并在开标时使用企业数字证书（CA）进行远程解密或到达开标现场解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。

2、网上递交响应文件应根据采购文件要求，在投标截止时间前将电子响应文件通过“云南省公共资源交易信息网”网上上传指定的开标项目，并打印“上传响应文件回执”，以表明上传成功。

3、开标解密方式为远程解密或现场解密，该项目因需要进行磋商，供应商须在磋商时间准时到达磋商地点进行二次报价（供应商根据自身情况确定是否到现场二次报价，投标人不到现场进行二次报价的，视为二次报价与第一次报价一致）。

※温馨提示

如发现所有投标单位编制响应文件的电脑芯片、硬盘和网卡系列号一致，即各投标单位标书之间的硬件信息相同，则视为围标串标，并上报监管单位给予处理。

目 录

目 录.....	0
第一章 竞争性磋商公告.....	1
第二章 投标人须知及前附表.....	6
第三章 需要落实的政府采购政策.....	23
第四章 合同条款.....	25
第五章 招标内容及采购需求.....	33
第六章 投标文件及附件（格式）.....	44
一、报价一览表.....	45
二、报价函.....	45
三、法定代表人身份证明书.....	45
四、投标文件签署授权委托书.....	45
五、企业基本情况表.....	45
六、投标分项报价表.....	45
七、备品备件、专用工具报价明细表.....	45
八、投标人资格证明文件.....	45
九、技术规范偏离说明对照表.....	45
十、质量保证承诺.....	45
十一、售后服务承诺及保证措施.....	45
十二、业绩.....	45
十三、其他资料.....	45
第七章 评标办法.....	60

第一章 砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童保健设备采购项目竞争性磋商公告

项目概况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童保健设备采购项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易信息网网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/> 点击切换至“文山州”获取招标文件，并于 2024 年 3 月 20 日 08 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC532600202400067001

项目名称：砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童保健设备采购项目

预算金额：182.00 万元；其中一标段为 143.00 万元；二标段为 39.00 万元。

最高限价：182.00 万元；其中一标段为 143.00 万元；二标段为 39.00 万元。

采购需求：

一标段：眼科光学生物测量仪 1 台；个体营养综合监测系统 1 台；智能骨龄分析仪 1 台。

二标段：动态脑电图检测仪一台。

注：本采购项目共分两个标段，允许投标人报名投标多个标段，但每个投标报名人只能中标一个标段；具体技术参数详见竞争性磋商文件第三章技术参数部分。

交货（安装调试）地点：砚山县妇幼保健计划生育服务中心；

质量保证：一次性验收合格之日起一年内免费质保维护，保修期满后维修仅收取材料费；

交货时间：合同签订后 30 个日历天内送达指定地点安装调试完毕至交付使用；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体颜色: 背景 2

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体颜色: 背景 2

(2) 商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021-2023 年度任意一年财务报告及报表，如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；

(3) 履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

(4) 依法缴纳税收：提供缴税所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

(5) 社会保障资金的良好记录：提供缴费所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

(7) 法律、行政法规规定的其他条件提供自本项目投标文件提交截止时间前一个月内在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录系统内的信用信息查询记录（注：招标人或招标代理机构将通过“信用中国”网站及中国政府采购网等相关网站查询投标人信用记录。）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10% 的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除。残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

注：①小微企业以 投标人填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统内容为判定标准，中小企业声明函是针对产品生产厂家的，而非是指 投标人。②监狱企业须 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于

监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以 投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前 3 条政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 生产商需具备监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》《医疗器械注册证》及附件；

(2) 供应商按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 739 号）规定的医疗器械生产及经营者要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或经营许可证；或者供应商具备《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 739 号）第四十三条规定的注册人或备案人凭证；

(3) 开户银行许可证或基本存款账户信息；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 本次采购不允许进口产品投标。

注：采购设备必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（含《医疗器械产品注册登记表》及其他相关附件）（根据中华人民共和国国务院令 第 680 号《医疗器械监督管理条例》和国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017 年第 104 号），在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）。

三、获取采购文件

1. 时间：2024 年 3 月 6 日 08 时 30 分至 2024 年 3 月 12 日 17 时 30 分（北京时间，下同）。

2. 获取方式：网上获取。

3. 凡有意参加投标者，登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），凭企业数字证书（USBKEY）在网上查找到该项目进行报名并获取采购文件及其他招标资料（招标电子技术标文件，格式为*.ZCZBJ）；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业请前往文山州公共资源交易中心四楼办理企业数字证书（USBKEY），并在云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）完成注册通过后，便可获取采购文件。

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

注：如果供应商之前已经进行过注册并办理过云南 CA 证书，此次无需重复办理，可直接登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）进行报名并获取采购文件。

四、响应文件递交

时间：2024 年 3 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）

地点：砚山县公共资源交易中心三楼开标室（砚华东路 84 号原畜牧局 3 楼）。

网上递交：网址为 <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>，供应商须在投标截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为未按要求提交。

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 15

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 0

五、开标时间及地点

时间：2024 年 3 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）

地点：砚山县公共资源交易中心三楼开标室（砚华东路 84 号原畜牧局 3 楼）

解密方式：远程解密，此次投标只需上传电子响应文件，不接受纸质响应文件。

本项目不支持现场递交方式。

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 2024 年 月 日 15 时 00 分

六、其他补充事宜

6.1、发布公告的媒介

本项目公告在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网、砚山县政务网同时发布信息，请投标人在递交投标文件前随时查看，以获取最新信息，否则后果自负。招标人和采购代理机构对其他网站或媒介转载的公告及公告内容不承担任何责任。

6.2、投标保证金：免收保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：砚山县妇幼保健计划生育服务中心

地址：砚山县兴城大街一号

联系方式：0876-3125110

2. 采购代理机构信息

名称：云南杰润项目管理咨询有限公司

地址：文山市和谐路尚都紫荆步行街 4-15 号

联系方式：0876-2827166

3. 项目联系方式

项目联系人：李德胜

电 话： 0876-2827166

监督单位及电话：砚山县财政局 联系电话：0876-3120193

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

项号	内容	编 列 内 容
1	招标人	名 称： 砚山县妇幼保健计划生育服务中心 地 址： 砚山县兴城大街一号 联 系 人： 金老师 联系电话： 0876-3125110
2	采购代理机构	名 称： 云南杰润项目管理咨询有限公司 地 址： 文山市和谐路尚都紫荆步行街 4-15 号 联 系 人： 李德胜 传 真： 0876-2827166
3	项目名称及项目编号	项目名称： 砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童保健设备采购项目 项目编号： ZC532600202400067001
4	采购方式	竞争性磋商
5	项目实施地点	招标人指定地点。
6	资金来源及采购预算	资金已落实到位。 本项目（采购）预算： 182.00 万元； 其中一标段 143.00 万元； 二标段 39.00 万元。
7	投标人资格要求	详见“一、总则，2、合格的投标人。”
8	资格审查方式	资格后审，审查内容详见“招标文件第10条”；
9	是否接受联合体投标	不接受 <input checked="" type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：满足第一章“竞争性磋商公告”中“申请人资格要求”的全部内容；
10	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： /
11	投标范围	招标文件第五章的全部内容
12	投标保证金	本项目不作要求

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体: (默认) 宋体, (中文) 宋体, 小四, 无下划线, 图案: 清除(自动设置), 字体颜色: 自动设置, (中文) 中文(简体)

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 无下划线

13	开标时间及开标地点	开标时间：2024年3月20日8:30（北京时间）。 开标地点：砚山县公共资源交易中心三楼开标室（砚华东路84号原畜牧局3楼）
14	投标文件的份数	网上递交：网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标文件递交截止时间前通过云南省公共资源交易信息网（网址： http://ggzy.yn.gov.cn/ ）点击切换至“文山州”完成相应投标项目的投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
15	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起90天；
16	投标文件装订要求	详见“招标文件15.1条”。
17	投标文件递交截止时间及递交地点	投标文件递交截止时间：2024年3月20日8:30（北京时间）。 投标文件递交地点：砚山县公共资源交易中心三楼开标室（砚华东路84号原畜牧局3楼）。（注：投标文件一经递交概不退还）
19	开标方式	<input type="checkbox"/> 现场开标 <input checked="" type="checkbox"/> 网上开标：投标人无需到现场参加开标会，投标人只需按照《文山州网上开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。
20	付款方式	具体付款方式以签订合同时约定的为准。
21	评标委员会的组建	磋商小组构成：三人及其以上单数，由经济、技术方面的专家及采购人代表组成。采购人代表不能超过评审小组人数的三分之一。 评标专家确定方式：由有关技术、经济等方面的评标专家及采购人代表组成。评标专家从云南省政府采购评标专家库中随机抽取。
22	定标说明	磋商小组按响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
23	是否授权磋商小组确定成交人	否，由磋商小组根据磋商办法的相关规定推荐1~3名成交候选人，采购单位根据相关规定确定成交人。
24	需要补充的其他内容	

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]:

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 15:00

删除[灰姑娘的水晶鞋]: 2024年 月 日15:00

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体颜色: 背景 2

<p>24.1 成交公示</p>
<p>在成交通知书发出前，采购单位将成交候选人的情况在本磋商项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。</p>
<p>24.2 知识产权</p>
<p>构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。</p>
<p>24.3 重新招标</p>
<p>除磋商须知正文规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商时间截止前响应供应商少于三个的，采购单位应当依法重新招标。</p>
<p>24.4 解释权</p>
<p>构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、磋商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。</p>
<p>24.5 费用说明</p>
<p>(1) 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。</p> <p>(2) 本次委托的采购项目代理服务费：本次招标代理服务费参照云建招（2023）51号《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》规定的计算，由中标单位在领取中标通知书时向代理机构缴纳招标代理服务费。</p> <p>(3) 其他费用按国家、省、市相关规定收取。</p>

一、总 则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

1.2 项目概况

1.2.1 项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 项目介绍：本项目内容见“第五章《招标内容及技术要求》”。

1.2.3 项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

2、合格的投标人

2.1 详见“第一章，公告，2、投标人资格要求”的全部内容。

2.2 投标人必须由法定代表人或法定代表人出具授权书的委托代理人携带本人身份证参加本项目开标活动。

2.3 投标人应遵守国家法律法规按中华人民共和国法律法规及行业的有关规定和要求完成本货物采购。投标人一旦参加投标，则应承担相关法律责任。

二、招标文件

4、招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 需要落实的政府采购政策

第四章 合同条款

第五章 招标内容及技术要求

第六章 投标文件及附件（格式）

第七章 评标办法

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则其投标将被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前按招标公告的通讯地址以书面形式如传真等通知招标代理单位，招标代理单位对投标截止期 15 天以前收到的任何澄清要求以网上公告形式的方式予以答复，答复中包括所问问题，但不包

括问题的来源。请所有获得招标文件的投标人密切关注，以便获得信息，并对其具有约束力，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

另，投标人未在规定时间内提出澄清的视同认可招标文件要求。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止期前 15 天前，招标单位可对已发的招标文件进行必要澄清或者修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

6.2 招标单位在投标截止时间前对招标文件所作的补充、修改或者更正、澄清一并构成招标文件的组成部分。招标文件的修改以网上公告形式发布告知，请所有获得招标文件的投标人密切关注，以便获得信息，并对其具有约束力，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

6.3 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标单位可以自行决定，酌情延长投标截止日期。

三、投标文件的编制

7、投标的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与云南杰润项目管理咨询有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。

7.2 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律法规的中文译本，并以中文译本为准。

7.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用法定计量单位。

8、投标文件的构成

8.1 投标人编写的投标文件内容至少应包括下列部分：

(1) 按照招标文件中第五章附件所提供的格式内容、要求完整的填报提供。

(2) 按照第 10 条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

(3) 按照第 11 条要求出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，且符合招标文件规定；

(4) 按照第 12 条规定要求提交的投标保证金的所有内容。

8.2 投标人技术文件的编制及编目

8.2.1 投标人技术文件由投标人视需要自行编制，应包括产品、设备技术资料、人员配置等方面，文件规格幅面应与正文一致，附于正文之后。

8.2.2 投标人技术文件可以包含以下内容：

- (1) 项目实施方案；
- (2) 人员配置情况；

9、投标报价

9.1 报价应为人民币含税价，无人民币报价或报价无法折算成人民币的投标属无效投标。

9.2 任何有选择的报价将不予接受。**投标人对同一投标项目报价有两个(含两个)以上报价且未书面声明以哪个为准，按无效投标处理。**

9.4 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

9.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：投标人的报价与采购预算偏差大于或小于 20%时，属于报价存在较大偏差，评标委员会将按上述要求执行。

9.6 投标报价：报价为包干价（包括产品价格、运费、保险、税收等直至交付使用的一切全费用）。注：招标人不再支付与本项目有关的其他任何费用。

9.7 二次报价：通过初审的供应商将进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价，若供应商未到现场进行二次报价的，以第一次报价为准。

9.7.1 供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

9.7.2 报价应本着合理的原则，采购人不保证报价最低者一定中选。

10、证明投标人合格和资格的文件

10.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

10.1.1 独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

10.1.2 商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021-2023 年度任意一年财务报告及报表，如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；

10.1.3 履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

10.1.4 依法缴纳税收：提供缴税所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

10.1.5 社会保障资金的良好记录：提供缴费所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

10.1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

10.1.7 法律、行政法规规定的其他条件提供自本项目投标文件提交截止时间前一个月内在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录系统内的信用信息查询记录

(注：招标人或招标代理机构将通过“信用中国”网站及中国政府采购网等相关网站查询投标人信用记录。)

10.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

10.2.1 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除。

10.2.2 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除。

10.2.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除。残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

注：①小微企业以 投标人填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统内容为判定标准，中小企业声明函是针对产品生产厂家的，而非是指 投标人。②监狱企业须 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以 投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前 3 条政府采购政策。

10.3. 本项目的特定资格要求：

10.3.1. 生产商需具备监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》《医疗器械注册证》及附件；

10.3.2. 供应商按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 739 号）规定的医疗器械生产及经营者要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或经营许可证；或者 供应商具备《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 739 号）第四十三条规定的注册人或备案人凭证；

10.3.3. 开户银行许可证或基本存款账户信息；

10.3.4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10.3.5. 本次采购不允许进口产品投标。

注：采购设备必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（含《医疗器械产品注册登记表》及其他相关附件）（根据中华人民共和国国务院令第 680 号《医疗器械监督管理条例》和国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017 年第 104 号），在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）。

10.4 对投标人（ 投标人）的要求：

10.4.1 投标人若不能按要求提供上述资料，则按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定其所递交的投标文件将作为无效投标文件处理，资格后审将不予通过而拒绝进入详细评审。

11、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1 按照第 8 条的规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

11.2 证明服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标应提供：

- （1）填报《投标质量保证书》；
- （2）填报《项目实施方案》；

12、投标保证金

本项目免收投标保证金。

13、投标有效期

13.1 所投的标书应从“投标人须知前附表”第 13 项规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。投标有效期比规定的时间短的可以视为非响应标予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，需求方可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以网上公告形式发布告知。投标人可以拒绝需求方的这种要求但不被没收投标保证金，同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

14、投标文件的式样、签署、书写及签章要求

14.1 投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在网上递交投标文件。

14.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，投标人必须在投标截止时间前必须把重新补充、修改后的投标文件上传至云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/> 点击切换至“文山州”）。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

14.3 投标人的投标文件字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效投标。因复印模糊，导致资料无法辨认的，视为未提供该资料。

14.4 投标人的投标文件应按招标文件附件格式文件材料中涉及的电子签名或签章及要求加盖投标人电子公章处，必须按招标文件附件格式的要求进行响应及操作，否则视为不符合招标文件规定，按未实质性响应招标文件要求处理。

四、投标文件的递交及报送要求

15、投标文件的编制及加密

15.1、投标文件全部采用电子文档，格式为★.ZCTBJ，电子投标文件的制作应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》，生成电子签名的投标文件（此文件须网上递交）。

15.2、《云南省政府采购投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能，投标人对网上递交的投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

15.3 投标文件的递交

网上递交：网上递交投标文件需登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/> 点击切换至“文山州”）。投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

15.4 开标地点：网上开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/> 点击切换至“文山州”），按照《文山州网上开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。本项目解密时间为5分钟，若投标人未在规定时间内完成解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回

复。本项目签名确认时间为 3 分钟，在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，则视为对开标结果无异议。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

客服热线：010—86483801，服务 QQ：400-9618-998

15.5 到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。

15.6 在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用 JPG 格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于 100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于 100M。

15.7 投标人须在云南省公共资源交易信息网下载最新的云南省政府采购投标文件编制系统编制投标文件，否则造成的一切责任、后果、损失由投标人自行承担。

16、投标截止日期

16.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

16.2 采购单位可以视情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以网上公告形式发布告知所有招标文件收受人，并在网上发布延期变更公告。请所有获得招标文件的投标人密切关注，以便获得信息，并对其具有约束力，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

16.3 投标截止时间后送交的投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何承诺不作为评标的依据。

17、迟到的投标文件

17.1 按照第 16 条规定，需求方将拒绝投标文件递交截止时间后收到的任何投标文件。

17.2 投标递交的地点为“投标人须知前附表”中所规定的地点。

18、投标文件修改和撤回

18.1 投标人在网上递交投标文件后，可以补充、修改或者撤回投标文件，但投标人必须在投标截止时间前把重新补充、修改后的投标文件上传至云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/> 点击切换至“文山州”）。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

18.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.3 在投标截止时间前至投标有效期期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.1 云南杰润项目管理咨询有限公司将在“投标须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。招标人代表、投标人代表(法定代表人或委托代理人)及有关工作人员参加,开标邀请监督部门进行现场监督;参加开标的投标单位代表应签名报到以证明其出席。

19.2 按照第 18 条规定,提交了可接受的书面“撤回”通知的投标文件将不予开封。

19.3 开标时,将在线查验投标文件密封情况,经确认无误后,由采购代理机构工作人员从电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件,投标人按招标文件规定方式进行在线远程解密。解密全部完成后,当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交保证金,以及合适的其他内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容,评标时不予承认。

因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件,投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标可以继续进行。

19.5 有下列情况之一的,投标文件作拒收处理:

- (一) 投标文件逾期送达,或者未送达指定地点的;
- (二) 投标文件未密封,或者未按照招标文件要求密封的;

19.6 投标人存在下列情况之一的,投标无效:

- (一) 没有投标报价的;
- (二) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (三) 在一个招标项目中,投标人投报两个或多个投标文件或有两个或多个报价,又未书面声明其中哪一个有效的;
- (四) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (五) 原则上投标文件未按规定的格式、内容和要求填写的;
- (六) 投标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的;
- (七) 投标人未按招标文件的规定提交投标保证金的;
- (八) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;
- (九) 不具备招标文件中规定资格要求的;
- (十) 其他不符合招标文件要求的;

19.7 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：不同投标单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！

19.8 评标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 22.1 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20、评标过程的保密性

20.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的其他人透露。

20.2 开标评标期间，投标人不得与评标委员会成员和招标人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，其投标将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。

20.3 招标人将根据本次招标采购项目的性质和特点依法组建评标委员会，并邀请审计和监察的代表参加；

20.4 评标原则：依照“公平、公正、科学、择优”原则；

20.5 评标办法：见第七章。

招标方组织业主等单位的有关专家组成评标小组，对全部投标文件进行评定。

21、中标条件

详见评标办法。

22、投标文件的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

六、中标通知和合同授予

23、定标

23.1 评标委员会根据评标原则和评标办法择优确定推荐中标候选人单位，招标人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

23.2 本次招标合同将授予符合 23.1 条的投标人。

23.3 在招标采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

23.3.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

23.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

23.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

24、中标通知

24.1 招标人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

24.2 中标结果自中标人确定之日起 3 个工作日内，在网上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

24.3 中标通知书的获取：中标人向采购代理机构结算完中标服务费后向采购代理机构领取中标通知书。

24.4 中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25、签订合同

25.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 10 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书，均作为签订合同内容的依据。

25.3 中标人的投标保证金在签订合同并提交系统备案后 5 个工作日（节假日顺延）内先由代理公司提出退还申请，交易中心审核通过后退还。

25.4 结算方式：详见招标文件第四章“合同条款”。

七、质疑与投诉

26、质疑

26.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件）向下列部门或招标人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**（注：同一采购程序环节投标人超出法定质疑期或质疑次数的，我公司不予受理。）**

特别说明：对于没有提出澄清或质疑又参与了该项目的投标人将被视为完全认同该项目的招标文件，投标开始后不再受理针对招标文件的相关质疑及投诉。

受理质疑部门：云南杰润项目管理咨询有限公司；电话：0876-2827166；

26.3 质疑函的书写规范要求：投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

26.4 提交质疑函需要提交的其他资料及注意事项：

(一) 质疑书实行实名制。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章书面送达。

(二) 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

(三) 质疑函和投诉书应当使用中文。

相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

26.3 招标人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

特别说明：决定参加投标的投标人若认为招标文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条第一款规定：“对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者采购公告期限届满之日”规定执行，本次公告届满之日为开标前一日。

27、 投诉

27.1 质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向砚山县财政局政府采购管理部门提起投诉。

28、解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章 需要落实的政府采购政策

一、中小型企业

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

二、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省（自治区、直辖市）监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

三、福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章《投标文件及附件（格式）》附件），并对声明的真实性负责。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章 合同条款

合同条款前附表

项号	编 列 内 容
1	项目实施地点：以“投标人须知前附表”第5项为准。
2	特殊包装要求：不得损坏或更换原货物包装物。
3	本合同一式六份，甲方四份，乙方二份(其中一份用于结算，一份存档)。

合同书样式及主要条款

合同编号：

●合同自编号：

招标编号：

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

(委托采购)

合 同 书

签订地点：

云南省财政厅 制

甲方（招标人公章） 名 称：
地 址：
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：

乙方（投标人公章） 名 称：
地 址：
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
签订日期：

丙方（鉴证方公章） 名称：
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：

合同编号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

合同签订地：甲方住所地

_____（甲方）的_____（项目名称）在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定_____（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、词语定义及合同文件：

1、词语定义

本合同下列词语应具有本条款所赋予的定义：

1.1 “货物”：本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的（货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

1.2 “服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.3 “合同价款”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干。

1.4 “甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

1.5 “乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

1.6 “损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而使另一方及第三方的遭受各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

2、合同文件及解释顺序

除双方最终签署的合同文本（下称“合同文本”）外下列文件为本合同的组成部分。合同文件应能相互解释，互为说明。除合同文本另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 合同文本
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件及其附件
- (5) 中标人在询标过程中做出的书面澄清或承诺
- (6) 本合同附件

二、货物的名称、数量、单价

- 1、名称：
- 2、数量：
- 3、单价：

（详细清单可见附件）

三、合同价款及支付方式

1、合同价款：本合同金额为（大写）： 元（¥ 元）人民币。

2、支付方式：合同签订后 天内，甲方支付合同金额 %的预付款；到货经检验100%合格后，甲方向乙方支付合同价款的 %并且退还履约保证金；其余合同总额的 %作为产品质量保证金待__年质量保证期满后____ 天内一次付清。

四、交货时间、地点及方式

- 1、交货时间：乙方于签订合同后____天交付货物；
- 2、交货地点：
- 3、交货方式：货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并完成安装调试，经验收合格视为交付。

五、质量要求、技术标准

本合同项下乙方所提供的货物及服务应符合招标文件中所述的标准。乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如在招标文件中无相应说明，则按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

六、权利瑕疵担保

1、乙方保证对其提供的货物享有合法的权利。

2、乙方保证其提供的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成对任何第三方的侵权，则由乙方承担全部责任。

七、技术资料及保密要求

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。乙方交付货物时向甲方提供本合同项下货物的产品质量保证书，合格证及说明书，产品权威部门检测报告等文件。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。

八、验收

1、到货验收：货物到达交货地点后，甲方和乙方在 日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况；货物需要安装、调试的，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后 日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，验收合格的双方共同签字确认。

2、如发现货物的外观、规格、数量等与合同规定不符，甲方有权拒绝接受；经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并有权解除合同。

3、货物在验收后被证明存在缺陷，包括但不限于潜在的缺陷、使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方改进并赔偿损失。

九、质保期、质保金及售后服务

1、质保期：本合同项下产品质保期为_____。

2、质保金：本合同项下货物的质保金为_____元。

3、售后服务：乙方应按公开招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十、违约责任

1、未按期交付货物的违约责任

1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的，在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期。甲方同意延长交货

期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的___%。

1.2违约金的支付：甲方有权从未付的合同款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按合同金额的___%予以扣除。若乙方逾期完成达10天(含10天)以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

2、如果乙方未能按合同约定提供货物和服务的，乙方应向甲方支付_____元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。（上述违约金可直接在履约保证金中扣除）

3、甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日___%支付逾期付款违约金。

十一、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；解决不成时，向合同签订地法院提起诉讼，本合同签订地为甲方住所地。

十二、适用法律

本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

十三、合同生效及其他

1、 本合同一式伍份具有同等效力，甲方肆份，乙方壹份。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，补充协议将作为本合同的一个组成部分。

3、其他：

甲方：

乙方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的中标内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据合同法有关规定并参照此范本格式进行签订为准。

第五章 招标内容及采购需求

一、项目概况

项目编号: ZC532600202400067001

项目名称: 砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童保健设备采购项目

预算金额: 人民币 182.00 万元; 其中一标段 143.00 万元; 二标段 39.00 万元。

最高限价: 人民币 182.00 万元; 其中一标段 143.00 万元; 二标段 39.00 万元。

采购需求:

一标段: 眼科光学生物测量仪 1 台; 个体营养综合监测系统 1 台; 智能骨龄分析仪 1 台。

二标段: 动态脑电图检测仪 1 台。

交货(安装调试)地点: 砚山县妇幼保健计划生育服务中心;

质量保证: 一次性验收合格之日起一年内免费质保维护, 保修期满后维修仅收取材料费;

交货时间: 合同签订后 30 个日历天内送达指定地点安装调试完毕至交付使用;

二、技术要求

一标段:

1. 眼科光学生物测量仪技术参数

一、主要功能:

1. 一次采集即可获得眼轴长 AXL、中央角膜厚度 CCT、角膜屈光度 K、前房深度 ACD、瞳孔直径 PD、白到白距离 WTW、角膜散光轴等多项参数。

★2. 可获取清晰的前后节 OCT 图像, 并同时成像对眼前节、眼底疾病进行筛查。

3. 非接触式, 主机和电脑一体化的设计, 高清触摸显示屏, 可外接显示器。

二、主要技术指标

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体: (默认) 宋体, (中文) 宋体, 小四, 图案: 清除(自动设置), 字体颜色: 自动设置

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体颜色: 背景 2

1. 超级发光二极管 (LED), 采用 850nm 波长的光, 低相干干涉测量法。
2. 入眼功率: $\leq 730 \mu w$
3. A 扫描频率: $\geq 19KHz$
4. B 扫描率: ≥ 500 扫描/帧
- ★5. 眼轴长 (AXL) 测量范围: 12.1 mm - 38.0mm
6. 眼轴长测量精度: $\pm 20\mu m$, 显示精度: 10 μm
- ★7. 中央角膜厚度 CCT 测量范围 0.2mm-1.4mm
8. 中央角膜厚度测量精度 $\pm 10 \mu m$, 显示精度: 0.1 μm
9. 角膜屈光度 K 测量范围: 28.1D-84.3D
10. 角膜屈光度测量精度: $\pm 0.25D$, 显示精度: 0.01D
- ★11. 前房深度 ACD 测量范围: 0.7mm-6.0mm
12. 前房深度测量精度: $\pm 0.01mm$, 显示精度: 0.01mm
- ★13. 瞳孔直径 PD 测量范围 0.5mm-13.5mm
14. 瞳孔直径测量精度: $\pm 0.09mm$, 显示精度: 0.01mm
- ★15. 白到白距离 WTW 测量范围: 6-16mm
16. 白到白距离测量精度: $\pm 0.1mm$, 显示精度: 0.01mm
17. 角膜散光轴测量范围: 1° - 180°
18. 角膜散光轴测量精度: $\pm 5^{\circ}$, 显示精度: 1°
19. 可视化测量, 可呈现角膜, 视网膜层的 OCT 图像
20. 可进行视网膜厚度测量
21. OCT 图像分辨率: 5 μm
22. 具有固视功能
23. 左右眼自动识别

24. 屏幕尺寸：10.1 寸触摸屏（支持外接显示器）

2. 个体营养综合监测系统技术参数

★产品组成：三维建模数据采集器+营养代谢调理工作站

一、产品性能特点

（一）监测运算数据

★1、监测项目：体成分检测（身高、体重、体脂含量、腰臀比、内脏脂肪面积、体脂重、去脂体重、总体水、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢）、营养筛查、营养代谢调理评估指导、营养状况评估、膳食营养指导。

（二）体成分数据采集

★1、体成分检测原理

采用体态密度法精准评估，利用三维光子扫描技术、三维动作捕捉技术和摄像头准确采集人体图像，全自动检测，智能定位，精确采集人体数据，计算机智能运算，高精度人体建模。

2、体成分检测模式

基于三维光子扫描技术和三维动作捕捉技术的体态密度法，使用三维人体扫描模块和摄像头准确采集人体图像，保障计算的准确性，配有高端红外感应测试探头，保障测试的准确性。

★3、体成分数据采集

1) 人性化的 3D 测量空间，利用大小为 1200*1000*2340mm 的空间，全自动检测，智能定位，精确采集人体数据，计算机智能运算，高精度人体建模，检测数据准确性高、稳定性强。

2) 一键快速检测，20s 出检测结果。

（三）营养筛查

内置适用于常规住院病人、社区人群、儿童、中老年等人群的临床营养筛查与评估系统，自动分析，快速、简便，在临床上易于使用。

（四）全营养模块

★1、营养代谢调理评估指导方案：融合中西医诊疗智慧，分析人体体征、症状表现、疾病、节气、先天数据，智能定位症状经络，运算治疗经络和辅助经络，出具食疗、外疗、运动方案，调理人体健康；

2、营养状况评估：可出具能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质的摄入量分析，以及膳食结构分析、餐次能量分析，也可出具食物摄入种类及食物摄入频率的分析；

3、膳食调查方法：包含 24 小时膳食回顾法、标准食谱调查法、标准快捷医嘱膳调法、快速图像调查法、食物频率法 FFQ、膳食结构分析调查法六种膳调方法；

4、地区化食材库：可配置不同省份的食材库，根据不同省份的饮食习惯，优先查询和显示符合本地饮食习惯的食材；

5、膳食指导方法：食物交换份法、推荐食谱法、图像营养指导法、快速图片指导法四种膳食指导方法；

6、疾病营养干预方案：结合体征、病症信息智能分析患者健康数据，自动出具营养干预方案；

7、膳食推荐模式：包括智能 AI 营养模式、标准膳食模式、自定义膳食三种方式；

8、食谱开发模式：依据当地饮食结构，自定义食谱，形成区域化定制食谱；

9、食谱科学化：依据膳食能量需求，将膳食指导食谱进行科学换算，便于患者回家即可执行膳食方案；

（五）数据系统管理

1、档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期等，可进行档案的新增和修改。多功能刷卡系统，可刷身份证、医院 ID 卡等，并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计费等分类管理；

2、数据分析：系统依据年龄、常见病症、医生自定义分类，智能 AI 全自动出具基于营养、运动、心理、睡眠、饮水的全方位膳食营养改善方案；

3、数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理；可通过多种方式检索病案管理监测数据；历次接诊信息、历次检查项目及检测结果；

4、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

★5、出具报告单：体成分检测报告、营养筛查报告单、营养代谢调理报告单、营养状况分析报告单、标准快捷医嘱膳调报告单、快速图像调查分析报告单、FFQ 营养状况分析报告单、膳食结构分析报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单、图像营养指导报告单、快速图片指导报告单、疾病营养干预报告单；

6、拓展功能：搭配智能营养健康管理平台，通过互联网可实现院内多台设备数据互联互通、医院与家庭、医疗机构之间远程干预场景的全面打通。

3. 双能 X 射线骨龄测定仪技术参数

一、技术参数要求：

1、测试原理：采用 X 射线原理，选用最先进的平板探测器锥形束，面成像技术，进行骨龄测试。

2、图像清晰，骨骺显示一目了然。通过单线 TCP/IP 进行数据传输，直接将采集图像上传至管理系统。

3、测定条件：管电压：35~42Kv \pm 10%；管电流：0.75~2mA \pm 20%。

4、供电方式电源输入：AC220V \pm 22V，450W，民用电源。

5、像素尺寸：140 μ m，14位ADC高清图像细节。

6、设备内部带有双视频监控，能清晰看到手部位置的摆放，避免重复拍照，方便快捷。

*7、免防护：设备内部已防护，设备外围不需要单独加装防护产品，有效保护操作医生及被检者免受射线危害。设备表面1m处辐射剂量水平为0.11 μ Gy/h，与自然本底一致。按GBZ 130-2020标准要求，可不使用带有铅屏蔽防护的机房。（见附件第三方提供的检测报告）

8、像素矩阵：2560 \times 3072

*9、有效成像面积：320mm \times 270mm

10、触发模式：AED (optional) / 软触发

*11、成像时间： \leq 3秒钟。

12、图像输出：dcm、.jpg，数据可导入或导出，支持DICOM设备连接，可打印胶片。

13、软件功能：

(1) 软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、胶片打印、报告等基本功能。

(2) 影像处理：具备移动、缩放、窗宽窗位调节、长度角度测量、反色、显示/隐藏影像信息、L/R 标记、翻转（垂直/水平/顺时针/逆时针）、放大镜功能。

*14、一体机式设计，结构紧凑，内置工作站，带万象脚轮，移动方便，适用于院内使用或车载体检使用。

*15 可选配骨密度软件。

*16、具有CFDA注册证书。

17、整机质保一年。

二、少年儿童生长发育智能评估与干预改善系统技术参数

1、骨龄评价方法采用国家行业标准《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006 骨龄标准，包括 RUS-CHN、TW3-C、TW3-C Carpal 同时支持 TW3、TW3-Carpal 和 G-P 骨龄标准。

2、提供 11 张生长学图表包括身高百分位数曲线、父母身高修正的身高百分位数曲线、骨龄分组的身高百分位数曲线、体重的百分位数曲线、按骨龄分组的体重百分位数曲线、BMI 百分位数曲线、按骨龄分组的 BMI 百分位数曲线、RUS-CHN 骨成熟度百分位数曲线、TW3-C RUS 骨成熟度百分位数曲线、TW3-C Carpal 骨成熟度百分位数曲线、RUS 与 Carpal 骨龄差值百分位数曲线。

3、支持多种预测成年身高方法（中华-05 身高预测，TW3 身高预测，特纳综合征身高预测，按年龄的投射法，按骨龄的投射法，软骨发育不全成年身高预测法，特发性矮身儿童身高预测法）。对存在生长发育异常，系统会自动提醒选择合适的预测身高方法。

*4、支持营养、运动、睡眠初评，诊断意见中自动给出初评结果，对于异常者，诊断建议中会自动给出提示。目前支持 5 种营养素评价。

*5、支持报告结论数据自动解读。帮助用户快速理解报告的核心结论，同时也方便后续对检测结果进行分析和汇总。

6、体格生长评价采用《WS/T 423 7 岁以下儿童生长标准》、《中国 0~18 岁儿童、青少年身高、体重的标准化生长曲线》（李辉 2009）标准。

*7、科室所有医生可设置电子签名，报告打印支持电子签名，支持打印骨龄片。

*8、支持 10 张心理行为发育评价量表：0-6 岁儿童发育行为评估量表（儿心量表-II）、改良孤独症筛查量表（M-CHAT 中文修订版）、孤独症行为量表（ABC）、丹佛发育筛查（DDST）、婴儿-初中学生社会生活力量表 S-M、SNAP-IV 父母及教师评定量表（26 项）、修订的幼儿孤独症量表（CHAT-23）、儿童心理行为发育预警征象筛查问卷（WSCMBD）、新生儿 20 项行为神经评分法（NBNA）、Conners 父母症状问卷（PSQ）。报告打印支持电子签名。

*9、档案可根据业务自动打标签，也可自定义添加档案标签，并对标签进行特殊颜色的标识。通过设置标签，可快速检索档案。同时标签支持数据统计功能，在数据统计功能中，可查看管理患者的分布情况。

*10、支持实验室检查结果录入，包括维生素测定、生长因子（IGF-1、IGFBP-3）、性激素六项、无机元素测定（钙、铁、锌）以及甲功 5 项测定结果。并可查看历史的实验室检查结果。实验室检查支持上传查看附件，附件可旋转放大。

11、支持自定义建立诊断模板、处方模板和身高管理方案模板，在开具生长发育评估报告时，可选择已经建立的模板，快速填入到诊断意见和身高管理方案。

12、家长扫码后，可在手机端查看本医院出具的历史评价报告。

13、支持家长在家庭端记录身高管理方案执行情况，并返回至医生工作站。

*14、医院会生成自己专属的筛查二维码。家长扫码填写后，可在手机上查看筛查报告，及时发现生长发育偏离；家长扫码填写后，医生可在电脑端查看孩子的筛查信息，该孩子的信息也可同步至问诊，提升就诊效率。

15、医院获得专属预问诊二维码，家长在候诊时扫码即可填写基本信息、生活习惯等问卷，就诊时，医生可快速调取患者的预问诊信息，节省书写录入时间，提高就诊效率。

16、读片练习内置 200 张以上 X 光片及有经验者的答案，可随机选择任意数量光片和 3 种骨龄方法进行练习。练习完成后会自动计算读片的准确率。

17、筛查数据分析可统计科室和机构的筛查档案数、筛查报告量，支持筛查患者分析，包括：年龄分布、身高百分位分布、体型分布、遗传潜力分布、导致疾病的可能原因、需要干预的原因。支持图表查看和导出。

18、门诊报告量分析支持自定义时间按月、按季度、按年查看骨龄报告和普通报告的数量，以及同比环比；支持图表查看以及导出。门诊复诊统计初诊、3 月内复诊、3-6 月复诊、6-12 月复诊以及超过 12 月复诊的人数分布情况，并可查看明细；支持图表查看以及导出。门诊患者分析支持自定义时间查看患者的年龄段分布、标签分布、身高百分位分布、发育类型分布、体型分布情况；支持图表查看以及导出。支持自定义导出 3 个月内的数据。超过 3 个月可申请。

19、支持公告发布，可及时接受软件更新内容、培训等消息通知。

20、支持在线意见反馈。

21、支持管理员查看套餐详情，包括使用记录、续费记录、账号使用统计并支持添加 5 个子账号。

22、网络环境使用，读片配备智能不限量。

*23、可选配运动处方系统

开具身高管理方案时，如需个性化的运动处方及运动计划，可选配运动处方系统。

*24、配备手机端骨龄读片小程序。

设置格式[灰姑娘的水晶鞋]: 字体颜色: 背景 2

二标段:

1.32 通道多功能数字化视频脑电采集分析系统技术参数

一、脑电图软件系统功能要求

1.1 中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择

★. 2ECG 滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用 ECG 滤波功能，排除 ECG 对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，提供功能截图证明。

1.3 肌电滤波：50RP 快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰

1.4 专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法 (AV)，Aav，顶参考法 (Vx)，源参考法 (SD)，系统参考 (Org)，双 A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2 等模式

★1.5 8 导 DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围。提供截图证明

1.6 动态地形图：在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。

★1.7 三维地形图：三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位，提供软件截图证明

1.8 中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页 A4 纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。

1.9 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

1.10 自动剪辑：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。

1.11 叠加显示：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。

1.12 棘尖波对比：自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析。

1.13 头部蒙太奇示图：可显示蒙太奇示图。

1.14 自动备份：可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。

1.15 幻灯回放：可定义感兴趣波形以幻灯方式回放。

二、放大器技术参数

2.1 放大器接口：采用 USB 接口与主机连接

★2.2 放大器供电模式：采用 USB 接口于主机相连，数据传输与供电采用同一个 USB 接口，不需要独立供电，减少交流干扰。

★2.3 放大器输入孔：45 个。EEG 导联：32 导；DC 输入：4 导；SpO₂：1 导；CO₂：1 导；呼吸：3 导；多用途 DC 输入：4 导，可升级多导睡眠监测，无需更换放大器。

★2.4 放大器上必须需要有专门的 CO₂ 接口，提供传感器及鼻适配器及其列明其型号。

2.5 极化电压：±750mV

2.6 输入阻抗：100MΩ

2.7 峰峰值噪声： $<1.5 \mu V_{p-p}$ （频率范围 0.53~120HZ）

2.8 共模抑制比：>120dB

2.9 低频滤波：0.08-158 HZ

2.10 高频滤波：15 -300HZ，分频斜率：-18dB/oct

2.11A/D 转换：16bit

2.12 采样频率：100，200，500，2000Hz 可调。

2.13 采样方式：所有电极同步采样。（硬件同步）

2.14 灵敏度：

EEG 输入：0-200 $\mu V/mm$

DC 输入：0-200mV/mm

三、脑电同步视频参数

3.1 脑电图和视频同步采集回放软件

3.2 超高清网络摄像机，

★3.3 储存到电脑的视频高分辨率：1920x1080 分辨率，可进行四级局部放大，提供截图证明

3.4 照度 1.70x (F1.6, 1/30s, AGC ON, 50IRE)

3.5 压缩格式：H.264, MPEG-4, JPEG

四、闪光刺激器

★气体闪光刺激器，独立强闪光刺激电源，1.2 焦耳能量强度，闪光强度 4.0 lx

产品配置清单（标准配置）

1. DELL 专业级高速计算机	1 套
[≥2.8GHz 主频，内存≥4G，硬盘≥4T，Windows 10 专业版操作系统，内置高速网卡。]	
2. 24 吋液晶彩色显示器	1 台
3. 32 导联数字化脑电放大器输入盒	1 个
4. 净化隔离电源	1 套
5. 电源线	2 条
6. 地线	1 条
7. 脑电系统软件（脑电采集、回放）	1 套
8. 脑电地形图分析软件	1 套
9. 视频同步采集软件	1 套
10. 闪光刺激器	1 套
11. 高清摄像头	1 套
12. 彩色打印机	1 套
13. 脑电膏	1 盒

14. 磨砂膏	1 支
15. 脑电图电极（24 条/套）	1 套
16. 移动台车	1 套

注：

1、以上各项技术参数和规格要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。 投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。同时填写技术规格偏离表。

*2、带★部分为重要参数部分，一项不满足扣 5 分，未带★部分一项不满足扣 3 分，扣完为止，参数要求注明需要提供证明文件的， 投标人须提供所投产品满足功能要求的相关证明材料（详见产品技术指标，若不能提供、提供不齐全或未按要求提供的视为不满足。）若发现 投标人虚假投标将被记入黑名单。

*3、 投标人须在投标文件“九——技术规范偏离说明对照表”承诺无虚假应标，且所投产品满足或优于采购需求。

4、 投标人所提供的设备产品，必须保证招标人在使用期间不受第三方可能提出侵犯其知识产权、商标权和其他知识产权的起诉或纠纷。

第六章 投标文件及附件（格式）

_____（项目名称）_____

投标文件

项目编号：_____

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____

目 录

- 一、报价一览表
- 二、报价函
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、投标文件签署授权委托书
- 五、企业基本情况表
- 六、投标分项报价表
- 七、备品备件、专用工具报价明细表
- 八、投标人资格证明文件
- 九、技术规范偏离说明对照表
- 十、质量保证承诺
- 十一、售后服务承诺及保证措施
- 十二、业绩
- 十三、其他资料

一、报价一览表

项目名称：

标段编号：

项目	内容
总报价（元）	（小写）
	（大写）
质量保证	
交货时间	
保证金（元）	
备注	
投标人（盖单位章）：	
法定代表人或授权代理人（签字）：	
日期：	

二、砚山县妇幼保健计划生育服务中心儿童保健设备采购项目报价函

致：_____

根据贵方_____（项目名称）_____项目的招标文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方_____（投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事项，投标文件有效期为_____天。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（3）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

（4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

（5）一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务。

（6）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

开户行及账户：_____

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（A面）：	法定代表人身份证复印件（B面）：
------------------	------------------

投标人名称：_____（盖单位章）

法 定 代 表 人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（签字）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（投标人名称）的_____（签字）为我公司参与_____（项目名称、项目编号）投标、签署投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我参与本项目投标、签署投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人身份证复印件（A面）：	代理人身份证复印件（B面）
----------------	---------------

代理人：_____（签字）性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：_____年_____月_____日

五、企业基本情况表

1	企业名称	
2	总部地址	
3	当地代表处地址	
4	电话	联系人
5	传真	电子邮箱
6	注册地	注册年份 (须附营业执照复印件)
7	公司资质等级证书号 (如有)	
8	公司_____ (是否通过, 何种) 质量保证体系认证 (如通过须附相关证书复印件)。	
9	主营范围 1、 _____ 2、 _____ 3、 _____ 4、 _____ ...	
10	其他需要说明的情况	

六、投标分项报价表

序号	产品名称	规格、要求	生产商/产地/品牌	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
合价总价		大写					
		小写					

注：1、此表中的内容请各投标人根据招标文件的第五章技术要求内容顺序填写。

2、投标人可自行对报价内容补充完善，格式可自行扩展。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

七、备品备件、专用工具报价明细表

(单位：元)

序号	名称	规格型号	单位	数量	产地和生产商	DDP 单价 (并注明目的地)	备品备件	专用工具	安装、调试、检验	培训、技术服务	运营及维护费用	至交货地点的运杂费			总价	备注
												运输费	保险费、税费	其它		
合计金额																

注：1、使用期内备品备件、专用工具费用单独列报，列入投标总价。

2、投标人可自行对报价内容补充完善，格式可自行扩展。

投标人名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日期：_____年_____月_____日

八、 投标人资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

(2) 商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021-2023 年度任意一年财务报告及报表，如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；

(3) 履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

(4) 依法缴纳税收：提供缴税所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

(5) 社会保障资金的良好记录：提供缴费所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

(7) 法律、行政法规规定的其他条件提供自本项目投标文件提交截止时间前一个月内在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录系统内的信用信息查询记录（注：招标人或招标代理机构将通过“信用中国”网站及中国政府采购网等相关网站查询投标人信用记录。）。）。。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10% 的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除。残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

注：①小微企业以 投标人填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统内容为判定标准，中小企业声明函是针对产品生产厂家的，而非是指 投标人。②监狱企业须 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以 投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前 3 条政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 生产商需具备监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》《医疗器械注册证》及附件；

(2) 供应商按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 739 号）规定的医疗器械生产及经营者要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或经营许可证；或者供应商具备《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 739 号）第四十三条规定的注册人或备案人凭证；

(3) 开户银行许可证或基本存款账户信息；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(5) 本次采购不允许进口产品投标。

注：采购设备必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（含《医疗器械产品注册登记表》及其他相关附件）（根据中华人民共和国国务院令 第 680 号《医疗器械监督管理条例》和国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017 年第 104 号），在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）。

九、技术规范偏离说明对照表

序号	名称	技术偏离值对比及说明		备注
		招标文件参数、技术要求	投标文件参数、技术要求	

注：

- 1、对照招标文件第五章技术要求中的“技术规格及要求”表中的各项参数进行填写，所报产品偏离值应与招标文件技术要求逐条对照。
- 2、备注填写要求：投标文件参数、技术要求等于招标文件要求填无偏离，高于招标文件要求填正偏离，低于招标文件要求填负偏离。
- 3、其他。

投标人名称： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日期： _____年____月____日

十、质量保证

(格式自拟)

十一、售后服务承诺及保证措施

(格式自拟)

十二、业绩

十三、其他资料

- (1) 投标人认为需要提交的其他资料；
- (2) 内容格式自拟。

(1) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司为_____（请填写：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业之一）企业。本公司从业人员_____人。本公司营业收入_____万元。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（具体货物请在分项报价表备注栏标注）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期：____年__月__日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期：____年__月__日

注：

1、中标、成交 投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(3) 监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第七章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令 658 号）》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 87 号）》等有关规定，结合本项目实际情况制定本办法。

本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

一、评标委员会

1.1、评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2、招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

1.3、评标专家应当熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规，熟悉市场行情，有良好的职业道德，遵守招标纪律，从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。

二、评标原则

2.1、评标遵循“公平、公正、客观、审慎”的原则。

2.2、只对有效投标文件进行评审，投标文件以外的资料信息不作为评标的依据和参考。

2.3、澄清只针对投标文件中的疑问和问题，投标人澄清问题不允许超出要求的范围或修改投标文件的实质性内容。

三、评标纪律

3.1 确定参与评标至评标结束前不得私自接触投标人；

3.2 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明。除“对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

3.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

- 3.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- 3.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- 3.6 记录、复制或者带走任何评标资料；
- 3.7 其他不遵守评标纪律的行为。

四、评审依据

4.1、根据综合评分法 5.2.2 的评分标准。

五、评标程序

评标按“两审一报告”程序进行。

两审指 资格性评审和符合性评审。

一报告指评标报告。

5.1、资格性审查和符合性审查

(1) 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

条款号	评审因素	评审标准
一 审 标 准	独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照（加盖鲜章的复印件）
	商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2021-2023 年度任意一年的财务报告及报表，如成立时间不足 1 年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；（加盖鲜章的复印件）
	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面声明（加盖鲜章的复印件）
	依法缴纳税收	提供缴税所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的

		相关证明文件（加盖鲜章的复印件）；
	社会保障资金的良好记录	提供缴费所属时间在 2023 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 1 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖鲜章的复印件）；
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面声明（加盖鲜章的复印件）
	法律、行政法规规定的其他条件	<p>提供自本项目投标文件提交截止时间前一个月内在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询方法：登录信用中国官网，点击标题栏“信用服务”后进入子版块进行查询，提供网页截图）、国家企业信用信息公示系统基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图</p> <p>（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录系统内的信用信息查询记录（网站截屏，加盖鲜章的复印件）注：网站截图中不得出现行政处罚、经营异常、严重违法失信等不良信用记录。（注：招标人或招标代理机构将通过“信用中国”网站及中国政府采购网等相关网站查询投标人信用记录。）</p>

		生产商需具备监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》《医疗器械注册证》及附件	(加盖鲜章的复印件)
		供应商按《医疗器械监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第739号)规定的医疗器械生产及经营者要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或经营许可证;或者供应商具备《医疗器械监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第739号)第四十三条规定的注册人或备案人凭证。	(加盖鲜章的复印件)
		开户银行许可证或基本存款账户信息	(加盖鲜章的复印件)
		法定代表人身份证明书	(加盖鲜章的复印件)
		法定代表人授权委托书	(加盖鲜章的复印件)
上述资格评审标准通过者,才能进入符合性评审。			
条款号		评审因素	评审标准
二 性 评 审	符	磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求,评审标准要求任何一项不符合的,均不得通过符合性审查。	1、未按照招标文件规定的要求签署、盖章的;
	合		2、投标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的;
	性		3、投标文件是否只有一个有效报价;
	评		4、投标文件有效期不满足招标文件要求的;
	审		5、投标文件附有招标人不能接受的条件;

	标 准	6、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
上述符合性评审标准通过者，才能进入最终报价和综合评分。		
条款号	评分标准	
三 成 及 标 准	评 审 分 值 构 成 及 标 准	<p>1、F1 为磋商报价得分，满分为 30 分；</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30</p> <p>评标基准价：即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。</p>
		<p>2、F2 为设备选型得分，满分 40 分；</p> <p>1) 设备选型合理、符合招标人要求，一般技术参数高于规范要求的、投标标识技术参数符合招标文件要求的得 40 分；</p> <p>2) 设备选型基本合理、基本符合招标人要求，一般技术参数基本符合规范要求的、投标标识技术参数基本符合招标文件要求的得 25 分；</p> <p>3) 设备选型不合理、不符合招标人要求，一般技术参数不满足规范要求的、投标标识技术参数不符合招标文件要求的得 10 分；</p> <p>注：带★部分为重要参数部分，一项不满足扣 5 分，未带★部分一项不满足扣 3 分，扣完为止，参数要求注明需要提供证明文件的，供应商须提供所投产品满足功能要求的相关证明材料（详见产品技术指标，若不能提供、提供不齐全或未按要求提供的视为不满足。）若发现供应商虚假投标将被记入黑名单。</p>
		<p>F3 质量保证及质保年限审查得分，满分 15 分；</p> <p>1.质量保证审查得分满分 10 分</p> <p>1) 质量保证符合招标人要求，有具体的违约承诺、奖罚条件，且能提供相关质量证明资料的得 10 分；</p> <p>2) 质量保证基本符合招标人要求，没有具体的违约承诺、奖罚条件，不能提供相关质量证明资料的得 5 分；</p> <p>2. 质保年限承诺得分满分 5 分</p>

		<p>投标人所投产品质保年限满足招标文件要求的得 3 分，每增加一年加 1 分，满分 5 分</p>
		<p>F4 售后服务部分评分满分 10 分</p> <p>1.售后服务承诺及保证措施审查得分，满分 5 分；</p> <p>1) 技术支持、培训、售后服务及承诺全面且保证措施合理、可行、有具体处罚措施的得 5 分；</p> <p>2) 技术支持、培训、售后服务及承诺不全面、保证措施不合理、不可行、没有具体处罚措施的，售后服务承诺一般得 3 分。</p> <p>2.供应商具有厂家售后服务授权书得 5 分。</p>
		<p>5、F5 业绩部分评分，满分 5 分；</p> <p>投标人近三年（2020 年 1 月至投标截止时间前）类似业绩，每完成一个成功案例项目，提供 1 项得 5 分，满分 5 分。</p> <p>注：须提供中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，未提供以上证明材料的本项不得分。</p>
四	定标说明	<p>投标人最后得分的统计原则</p> <p>根据投标人以上各项得分，汇总平均后记为该投标人的最终得分。</p> <p>投标人的最终得分将成为评标委员会向招标人推荐成交候选人的唯一依据。当出现最终得分相同的，按投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序推荐中标候选人，如报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序推荐中标候选人。</p>
<p>注：招标人保留采购前对产品功能的测试权利，若经发现投标人在投标期间及交付使用期间虚假投标，经查实将被记入黑名单并保留对供应商或厂商追究相关责任的权利，并且取消中标资格，招标人将与排名第二的投标人签订合同，以此类推。</p>		

六、中标候选人推荐原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、评标报告

7.1、评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.2、招标人根据评标委员会书面评标报告，确定中标人。